






# Fujinon Analyzer FUJINON

測定日時: '18 02.28 16:00		会社名:		
メ: TG-17519-7 測定範囲: 94%				
縮画像		サンプルNo.: No1 S1		
	測定条件			
	測定方式	位相シフト法		
	サンプルNo	No1 S1-0		
	サンプル種類	Ge φ16 × t0.96		
	測定結果			
	項目	値	結果	
	全面PV[fringe]	1.621	PASS	
	全面RMS[fringe]	0.380	PASS	
	Y断面PV[fringe]	1.070	*****	
	Y断面RMS[fringe]	0.281	*****	
X断面PV[fringe]	1.026	*****		
X断面RMS[fringe]	0.285	*****		
総合判定		PASS		
等高線図(補正あり)		Y断面図		
				
	X断面図			
	円周断面図			
				
	2点間断面図			
		