





# Fujinon Analyzer FUJINON

測定日時: '17 12.15 16:19		会社名	
ME: TS-17302②-3 測定範囲: 88%			
縮画像		サンプルNo.: No1 S1	
	測定条件		
	測定方式	位相シフト法	
	サンプルNo	No1 S1-0	
	サンプル種類	Si φ16 × t1.0	
	測定結果		
	項目	値	結果
	全面PV[fringe]	0.545	PASS
	全面RMS[fringe]	0.121	PASS
	Y断面PV[fringe]	0.391	*****
	Y断面RMS[fringe]	0.100	*****
X断面PV[fringe]	0.392	*****	
X断面RMS[fringe]	0.099	*****	
総合判定	PASS		
等高線図(補正あり)	Y断面図		
			
	X断面図		
鳥瞰図	円周断面図		
			
	2点間断面図		
